

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**NÚCLEO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPERVE**

<b>Processo Seletivo / Concurso</b>	<b>Concurso da Secretaria de Saúde de Natal</b>
<b>Referência</b>	<b>Questão nº 54 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA</b>

<b>JUSTIFICATIVA</b>
<p>A questão nº 54 foi <b>ANULADA</b>, conforme justificativa abaixo:</p> <p>No livro Bontrager (5ª edição), a incidência Pa axial opcional é 20º a 25º caudal. Em virtude da modificação doutrinária do livro, as duas edições do Bontrager (6ª Ed e 7ª Ed) especificam Pa Axial opcional de 20º a 25º cefálico. Portanto, não há opção de resposta correta dentre aquelas apresentadas na questão.</p> <p>Livro BONTRAGER, Kenneth L.; LAMPIGNANO, John P. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada. Elsevier Brasil, 2015 05ªEd. pág 405, 06ªEd. pág. 430 e 07 Ed. pág. 430.</p>

**Magda Maria Pinheiro de Melo**  
**Diretora da COMPERVE**